

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA-YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
1	ABL 5 Radiometer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning,kalibrasi	1	5	2	10	1	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
2	Air VO2	Kebocoran Udara, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning, kalibrasi	1	5	2	10	2	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
3	Alat Bronchoscopy	Potensi Tertusuk	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	3	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
4	Alat Endoscopy	Potensi Tertusuk	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	4	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
5	Anaesthesia Unit	Paparan Kebocoran Gas, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	5	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
6	Angiographic x-ray system	Paparan Radiasi,Potensi Sengatan Listrik, Potensi Ledakan	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	6	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre- pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA- YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
7	Angiographic x-ray system	Paparan Radiasi,Potensi Listrik, Potensi Ledakan	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	7	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
8	APBM	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	8	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
9	Arthroscopy System	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	9	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
10	Audiometer	Paparan Radiasi Pendengaran	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	10	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
11	Auto Chlinal Chemistry		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	11	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
12	Auto Digital Refactor	Potensi Kebocoran Steam, Potensi Sengatan Listrik Potensi Ledakan	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	12	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILANGAN KERUGIAN (1 atau 2)		
13	Autoclave	Paparan Kebocoran Sistem, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	13	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
14	Autorefrakto/ Tonometer		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	14	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
15	Autoscope		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	15	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
16	Base Mold		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	16	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
17	Bed Pasien Elektrik		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	17	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
18	Bed Pasien Manual		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	18	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Pre- pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA- YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
19	Bed-side/Pasien Monitor	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	19	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
20	Blanket warmer/Hipotermia unit		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	20	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
21	Blood Bank	Potensi Kebakaran,Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	21	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
22	Blood Roller Mixer	Potensi Kebakaran, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	22	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
23	Brankrol III / Hypothermia sistem		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	23	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
24	Cardiograph (CTG)	Paparan Radiasi, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	24	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
25	C-Arm	Potensi Kebocoran Steam, Potensi Sengatan Listrik Potensi Ledakan	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	25	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)			STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA-YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)			
26	Centrifuge	Potensi Tertular, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	26	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic	
27	Centurion Vision	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	27	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic	
28	ClinicPette		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	28	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic	
29	ClinicPette 100-1000 uL		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	29	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic	
30	Coatron MI		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	30	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic	
31	Continuous Passive Movement		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	31	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic	

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	Impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAAN KERUGIAN (1 atau 2)		
32	CPAP Circuit	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	32	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
33	Ct Scan	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik Potensi Ledakan	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	33	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
34	Decompression Therapy	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	34	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
35	Decubitus Bed	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	35	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
36	Defibrillator/D C Shock	Potensi Ledakan Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	36	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
37	Delux Vortex Mixer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	37	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	Impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
38	Dental Unit	Potensi Ledakan Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	38	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
39	Dental X-Ray	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	39	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
40	Diamond Pen A508	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	40	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
41	Diff Blood Cell Counter	Potensi Kebakaran, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	41	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
42	Doppler	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	42	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
40	Diamond Pen A508	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	40	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	Impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
41	Diff Blood Cell Counter	Potensi Kebakaran, Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	41	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
42	Doppler	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	42	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
43	DRF X-Ray	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	43	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
44	Easy Reader	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	44	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
45	ECP	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	45	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
46	Electric C ENT Treameadtc	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	46	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILANGAN (1 atau 2)		
47	Electric Chair	Potensi Tekanan Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	47	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
48	Electric Obgyn	Potensi Terjatuh Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	48	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
49	Electrolite Analyzer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	49	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
50	Elektrical Stimulation	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	50	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
51	Elektrical Traction / Traksi	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	51	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
52	Elektromyogram (EMG)	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	52	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
53	Elektrosurgica Iunit (ESU)	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	53	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
54	Endo Surgery	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	54	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
55	Endoscope Fiegiert	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	55	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
56	Endoscopy Ultrasound	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	56	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
57	ESR Analyzer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	57	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
58	Fluoroscopy	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	58	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILANGAN BIAYA (1 atau 2)		
59	Foto Therapy	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	59	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
60	Head Lamp	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	60	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
61	Hematology	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	61	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
62	Hemodialisa Unit	Potensi Sengatan Listrik Paparan Tertusuk	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	62	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
63	Holter Monitor	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	63	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
64	Incubator Baby	Over Heat Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	64	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre- pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBA- YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
65	Incubator Lab	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	65	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
66	Incubator Tansport	Over Heat Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	66	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
67	indirect Ophthalmosco pe	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	67	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
68	Infant radiant warmer	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	68	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
69	Infant Warmer	Over Heat Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	69	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
70	Infrared Single Lamp	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	70	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILANGAN BIAYA (1 atau 2)		
71	Infus Pump	Potensi Tertusuk Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	71	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
72	Injektor Kontras CT-Scan	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	72	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
73	Interferensial Suction / Tens	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	73	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
74	Keratometer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	74	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
75	Kokusan H-11 NB Corp.	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	75	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
76	Kubota KA. 1000	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	76	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre-pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA- YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
77	Kulkas Obat	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	77	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
78	Kursi Timbangan	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	78	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
79	Laminator	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	79	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
80	Lampu Operasi	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	80	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
81	Lampu Sorot	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	81	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
82	Laparoscopy System	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	82	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre-pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBA- YAAN BIA YA KERUGIAN (1 atau 2)		
83	Laser Inderect Opthalmologi	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	83	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
84	Laser Therapy	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	84	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
85	Lead Visual Card	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	85	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
86	Lensometer Digital	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	86	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
87	Manometer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	87	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
88	Microscope	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	88	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNE R / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre-pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA-YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
89	Microtome		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	89	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
90	Microwave Dhiatermy (MWD)	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	90	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
91	Minor Surgery Set	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	91	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
92	Mobile X-Ray	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	92	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
93	Nebulizer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	93	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
94	Operating Table	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	94	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNE R / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBA- YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
95	Ophthalmoscope	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	95	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
96	Oximeter /Pulse Oximeter	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	96	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
97	Panoramic	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	97	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
98	Paraffin Bath	Paparan Cairan Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	98	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
99	Paraffin Dispenser 5 Liter	Paparan Cairan Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	99	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
100	Patient Monitor	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	100	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
101	Pen Ligth	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	101	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
102	Pendant	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	102	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
103	Photocoagulator+ND	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	103	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
104	Phototerapy System	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	104	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
105	Printer ABPM/Holter	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	105	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
106	Radiotherapy	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	106	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre-pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA-VAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
107	Reflek hammer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	107	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
108	Refracting Unit	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	108	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
109	Resus plus	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	109	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
110	Sentral Monitor	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	110	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
111	Stetoscope		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	111	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
112	Shortwave Dhiatermy (SWD)	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	112	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAAN BILAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
113	Slide Dryer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	113	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
114	Slit Lamp	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	114	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
115	Spyrometri	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	115	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
116	Standar Infus		Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	1	2	2	116	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
117	Standing Infrared	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	117	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
118	Staning Yard B/K	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	118	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILANGAN BIAVA (1 atau 2)		
119	Static Bike	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	119	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
120	Sterilisator Basah	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	120	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
121	Sterrad Sterilization 100S	Potensi Sengatan Listrik Paparan Radiasi	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	121	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
122	Streak Retinoscope	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	122	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
123	Suction pump portable	Paparan Cairan	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	123	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
124	Suction pump regulator	Paparan Cairan Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	124	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	Impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
125	Syringe Pump	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	125	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
126	Tabung O2	Potensi Kebocoran Gas	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	126	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
127	Teco Diagnostic 720 Plus	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	127	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
128	Termometer digital	Suhu tidak stabil	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	128	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
129	Thermo Scientific	Suhu tidak stabil	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	129	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
130	Timbangan BB Bayi Analog	Resiko Jatuh	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	130	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	Impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILANGAN BILAYA (1 atau 2)		
131	Timbangan BB Bayi Digital	Resiko Jatuh	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	131	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
132	Timbangan BB Dewasa Analog	Resiko tertimpa stek Resiko Jatuh	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	132	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
133	Timbangan BB Dewasa Digital	Resiko Jatuh	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	133	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
134	Tonometer	Resiko Tertarik Resiko Jatuh Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	134	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
135	Treadmill	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	135	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
136	Ultrasonic Nebulizer	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	136	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	Impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
137	Ultrasonograph / USG	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	137	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
138	Ultrasound a/b scan	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	138	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
139	Ultrasound Therapy	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	139	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
140	Union (Imunology Analyzer)	Paparan Radiasi Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	140	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic
141	Vacu med	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	141	1	2	Pemantauan Hasil pengecekan rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	Impact (1-5)	Pre-pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA-YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
142	Ventilator	Gagal Nafas Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	142	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
143	Vaporizer	Kebocoran Gas Potensi Ledakan Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	143	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
144	Ventilator Portable	Gagal Nafas Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	144	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
145	Vibrator Massage	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	145	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
146	Wall Suction	Paparan Cairan	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	146	1	2	Pemantau-an Hasil pengecek-an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI ALAT MEDIS (PPM) (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI / MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre- pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBA- YAAN BILAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
147	Washer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	147	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
148	Water Bath	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	148	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic
149	X Ray Film Viewer	Potensi Sengatan Listrik	Pengecekan rutin dan pengisian kartu kuning	1	5	2	10	149	1	2	Pemantau- an Hasil pengecek- an rutin dan kalibrasi	PPM logistic

Mengetahui
Rumah Sakit Harapan Sehat

dr. Habib Fathoni, MARS
Direktur Rumah Sakit

Bogor, 21 Desember 2025

D Traya Hidayat, Amd. Keb
K3RS

SKOR DAMPAK

	1	2	3	4	5
	INSIGNIFICANT	MINOR	MODERATE	MAJOR	CATASTROPHIC
CIDERA PASIEN	Tidak ada cedera	Dapat diatasi dengan pertolongan pertama	Berkurangnya fungsi motoric/sensorik setiap kasus yang memperpanjang perawatan	Cedera luas kehilangan fungsi utama permanent	Kematian
PELAYANAN OPERASIONAL	Terhenti lebih dari 1 jam	Terhenti lebih dari 8 jam	Terhenti lebih dari 1 hari	Terhenti lebih dari 1 minggu	Terhenti permanen
BIAYA/KEUANGAN	Kerugian kecil	Kerugian lebih dari 0,1% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,25% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,5% Anggaran	Kerugian lebih dari 1% Anggaran
PUBLIKASI	RUMOR	-Media Lokal -Waktu singkat	-Media Lokal -Waktu lama	-Media Nasional -Kurang dari 3 hari	-Media Nasional -Lebih dari 3 hari
REPUTASI	RUMOR	Dampak kecil terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak bermakna terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak serius terhadap moril karyawan & kepercayaan masyarakat	Menjadi masalah berat bagi perusahaan

LAMPIRAN

Probability (0 - 4)	Impact (1 - 5)	Pre- pared ness (1 - 5)
4 : Sering Terjadi	5 : Meninggal	5 : Tidak ada / none
3 : Mungkin Terjadi	4 : Cedera Permanen	4 : Kurang
2 : Jarang Terjadi	3 : Cedera Reversibel / LOS memanjang	3 : Cukup / Fair
1 : Sangat Jarang	2 : Cedera Ringan	2 : Baik
0 : Tidak Mungkin Terjadi	1 : Tidak Cidera	1 : Kuat / solid

Kontrol Risiko (1 - 5)	Pembiayaan Biaya Kerugian (1 - 2)
1 : Hindari / Avoidance Cegah Kerugian / Prevention	1 : Transfer Risiko (Risk Transfer) Asuransi
2 : Reduksi Kerugian / Reduction	2 : Terima / Retensi Risiko (Risk Retention)
3 : Segregasi (Pemisahan / Duplikasi (Risk Retention)	
4 : Transfer non Asuransi	
5 : Transfer non Asuransi	